



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00067 Поделение: _____ Изходящ номер: 03.00.656 дата 10/06/2013 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител		
Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД		
Адрес		
ул. Коньовица 65		
Град	Пощенски код	Страна
София	1309	България
Място/места за контакт	Телефон	
ул. Коньовица 65	02 9217181	
Лице за контакт (може и повече от едно лице)		
Христо Захариев		
E-mail	Факс	
nkb_ep3@hearthospital.bg	02 9217145	
Интернет адрес/и (когато е приложимо)		
Адрес на възложителя:		
www.hearthospital.bg		
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):		
www.hearthospital.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание		
<p>Доставка на медицински изделия по следните обособени позиции:</p> <p>1. Ендоваскуларна стент система от кобалт-хромова (CoCr) сплав МР35N. Дизайн: OTW. Съвместимост с водач 0,035". Съвместим с 6F въвеждащ катетър. Работна дължина на катетъра 80 см и 120 см. 2 бр. злато-иридиеви рентгенопозитивни маркера. Балон - semi-compliant, хидрофилно покритие HiFlow. Многоклетъчен, вълнообразен стент, хибриден клетъчен дизайн. Съотношение метал/артерия: 11%-15%. Дебелина на стратовите: 115-150 µm. Номинално налягане - 8 bar, на разкъсване - 13-15 bar. Дължини на стента в мм: 20, 30, 40, 50, 60, 80. Диаметър на балона в мм: 5, 6, 7, 8, 9 - 18 бр.</p>		

- 2 Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии. Материал на стента : кобалт - хром L 605. Carbofilm технология / чист въглерод / на покритие на стента под формата на тънък филм с дебелина $\leq 0.3\mu\text{m}$. Структурен дизайн - тип затворена клетка. Дебелина на стратовете - 175 μm . Огледално електрополиране на повърхността на стента. 2 рентгенопозитивни маркера от платина за прецизно позициониране. Съвместим със 6F водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест, от полиамид, OTW тип -- 18 бр.
3. Саморазгъваща се периферна стент система, състояща се от имплантируем саморазгъващ се стент от никело-титаниева сплав (Nitinol). Стент тип затворена клетка с 8 танталови рентгеноконтрастни маркера. Дизайн: OTW. Съвместимост с водач 0,035". Съвместим с 6F въвеждащ катетър. Работна дължина на катетъра 80 см и 120 см. 3 бр. рентгенопозитивни маркера - дистално и проксимално на стента и на дисталния край на предпазната обвивка. Съотношение метал/артерия : 10-16%. Плетена обвивка с 4 зони на гъвкавост. Диаметър на импланта в мм - 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дължина на стента в мм - 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 - 9 бр
4. Саморазгъващ се ендолуминален стент за периферна ангиопластика .Материал : нитинол. 8 танталови рентгенопозитивни маркери за прецизно позициониране / по 4 в двата края /. Допълнителен маркер върху носещата система, на 6 мм от дисталния край, позволяващ прецизно проследяване на имплантирането на стента. Контролиран механизъм с 4 опции за освобождаване на стента - спусъков, плъзгачен, комбиниран и конвенционален. Структурен дизайн - тип отворена клетка. Изрязани участъци от 2 мм в краищата за предотвратяване на миграция на стента. Съвместим с 8F водещ катетър, 6F интродюсер и .035" водач. Размери - диаметър- 4 до 14 мм, дължина - от 20 до 120 мм. -- 9 бр
5. Балонен катетър за перкутанна транслуминална ангиопластика. Дизайн: OTW. Съвместимост с водач 0,035". Съвместимост с въвеждащи катетри 5F, 6F и 7F. Работна дължина на катетъра 80 см и 120 см. 2 бр. злато-иридиеви рентгенопозитивни маркера. Балон - semi-compliant, хидрофилно покритие HiFlow. Номинално налягане - 6 bar, на разкъсване - 12-16 bar. Дължини на балона в мм: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120. Диаметри на балона в мм: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 11 бр.
6. Балон-катетър за периферна ангиопластика. OTW тип. Материал : Polyn P полиамид. Проксимален/ дистален shaft - от полиамид, дистален - със Slip Skin хидрофилно покритие. 2- Рентгенопозитивни маркера от платина/иридий. Връх - флексибилен, от пебакс. Диаметър - от 5мм до 20мм, дължина от 20мм до 80мм; съвместим с 0.035" водач и 5-7 F интродюсер -11 бр.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	33140000	

РАЗДЕЛ III

<p>Количество или обем Прогнозният едногодишен обем на потребление е посочен в полето "Кратко описание". Предвид прогнозния характер на посочените количества, възложителят не се задължава да ги усвои напълно (100%). Прогнозна стойност (в цифри): _____ Валута: _____</p>	
<p>Място на извършване гр. София, ул. Коньовица 65</p> <p style="text-align: right;">код NUTS: BG411</p>	
<p>Изисквания за изпълнение на поръчката</p> <p>I. Изисквания към предмета: Предлаганите медицински изделия следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> към датата на доставка да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от производствения срок на годност; да отговарят на нормативните изисквания за употреба в България съгласно ЗМИ. <p>II. Изисквания към участниците:</p> <ol style="list-style-type: none"> да притежават разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия; да отговарят на нормативните изискванията по ЗМИ; да притежават документ (декларация от производителя или СЕ – сертификат от нотифициран орган) за съответствие на предлаганите продукти с Директива 93/42/ЕЕС. <p>III. Изисквания към изпълнението:</p> <ol style="list-style-type: none"> Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка; Място за изпълнение – болнична аптека на МБАЛ "НКБ" ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ 65; Срок на доставката – до 48 часа след получаване на заявка на обявен от изпълнителя факсномер; Начин на плащане – по банков път, в 60-дневен срок след извършване на доставка, но не преди представяне на редовна фактура и копия от заявката и приемателно-предавателния протокол за извършената доставка. <p>IV. Не се допускат до разглеждане и съответно се отстраняват предложения, при които:</p> <ol style="list-style-type: none"> Предложеният продукт не отговаря на изискванията, посочени в т. I; Участникът не отговора на изискванията, посочени в т. II; Участникът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III. 	
<p>Критерий за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена <input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта</p>	
<p>Показатели за оценка на офертите</p> <hr/>	
<p>Срок за получаване на офертите Дата: 18/06/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00</p>	
<p>Европейско финансиране Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Допълнителна информация</p>	

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

I. Допуска се участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката – да предлагат изпълнение по една или повече обособени позиции;

II. Изборът на изпълнител се извършва поотделно за всяка обособена позиция;

III. Офертите следва да се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в надписан, запечатан, непрозрачен плик и да съдържат:

1. точно посочване на всяка обособена позиция, по която се участва и съответно подробно описание на предлаганите продукти ;
2. ясно ценово предложение, съдържащо посочване по обособени позиции на единичните и крайните общи цени на предлаганите продуктите в лв. с вкл. ДДС;
3. срок на валидност на офертата;
4. заверени от участника копия от разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия;
5. заверено от участника копие от документ (декларация от производителя или СЕ – сертификат от нотифициран орган) за съответствие на предлаганите продукти с Директива 93/42/ЕЕС;
6. оригинална декларация, че участникът (в качеството му на търговец) отговаря на нормативните изискванията по ЗМИ и че предлаганите от него продукти отговарят на нормативните изискванията за употреба в България съгласно ЗМИ;
7. оригинална декларация, че остатъчният срок на годност на продуктите към момента на доставката няма да бъде по-малък от 75% от производствения срок на годност;
8. заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние.

С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор. При сключване на договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/06/2013 дд/мм/гггг